

**JAVNA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA BREZA**

Broj: JN-57/2022

Breza: 08.04.2022 god.

Na osnovu člana 70. i 89. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 35. Statuta JU Doma zdravlja Breza i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: JN-56/2022 od 08.04.2022 godine, u postupku javne nabavke stacionarnog pacijent monitora putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, na preporuku komisije za javne nabavke, v.d. direktor donio je:

**O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuđača**

Član 1.

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke i zaključivanje ugovora za javnu nabavku stacionarnog pacijent monitora dodjeljuje se ponuđaču:

„MEDICAL“ d.o.o. Mostar, prema ponudi u ukupnom iznosu od 15.0000,00 KM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz člana 1. ove odluke.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na Web stranici: www.dz.breza.com i istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona, zajedno sa zapisnikom u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke stacionarnog pacijent monitora, pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabavke broj: JN-38/2022 od 17.03.2022 godine, u postupku javne nabavke stacionarnog pacijent monitora putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 630-7-1-4-3-4/22 od 23.03.2022 godine.

U ostavljenom roku ponude su dostavila dva ponuđača.

Nakon javnog otvaranja ponuda komisija za javne nabavke je izvršila pregled dostavljenih ponuda te utvrdila da su ponude prihvatljive, te da su ponuđači dostavili dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom zbog čega su ocijenjeni kao kvalifikovani za dalje učešće u postupku.

Komisija je izvršila ocjenu ponuda prilikom čega je utvrdila da ponuđač „DERBY TRADE“ d.o.o. Brčko, prema dostavljenoj kataloškoj dokumentaciji ne ispunjava tražene zahtjeve prema tehničkom opisu – tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije, po stavkama:

- rezolucija zaslona minimalno 1366 x 768 piksela po ponudi 800 x 600 piksela,
- mogućnost mjerenja EKG-a putem 3,5 ili 10 odvoda – po ponudi 3,5,10 i 12 odvoda što nam ne treba,
- mogućnost izbora tehnologije mjerenja SpO2-TruSignal, Masimo SET ili Nellcor OxiMax po ponudi Meclcor Respiranica.
- prikaz grafičkih trendova u minimalnom trajanju od 7 dana – po ponudi 5 dana (odnosno 120 sati).
- prikaz numeričkih trendova u minimalnom trajanju od 7 dana – po ponudi 5 dana (odnosno 120 sati).

Na osnovu gore navedenog Komisija je konstatovala da ponuđač „DERBY TRADE“ d.o.o. Brčko ispunjava formalno pravne zahtjeve, ali ne ispunjava tehničke zahtjeve postavljene tenderskom dokumentacijom, te je ne prihvatljiva i ne može učestvovati u daljem toku natjecanja.

Uvidom u tenderske i tehničke zahtjeve te dostavljenu obilježenu katalošku dokumentaciju, Komisija je konstatovala da ponuda „MEDICAL“ d.o.o. Mostar ispunjava formalno pravne, tehničke i suštinske zahtjeve pa je predložila ponudu ponuđača „MEDICAL“ d.o.o. Mostar kao ekonomski prihvatljivu za nabavku stacionarnog pacijent monitora. Za ovaj postupak javne nabavke planirano je provođenje e-aukcije, ali u skladu sa Pravilnikom o uslovima i korištenju e-aukcije. član 3. stav 3. u kojem je regulisano kako se e-aukcija ne može provesti u slučaju prijema jedno prihvatljive ponude, predmetni postupka se okončava u skladu s članom 69. ZJN.

Pouka o pavnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke i to u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

DOSTAVLJENO:

- 1 x ponuđačima (putem e-pošte)
- 1 x v.d. direktoru
- 1 x a/a


VD DIREKTOR

dr. spec. Amina Tabaković